

### ШТАТИВЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ГОЛОВОК С МАГНИТНЫМ ОСНОВАНИЕМ



Штативы типов ШМ-III, ШМ-IIВ предназначены для установки на них измерительных головок с ценой деления 0,01мм; штативы типов ШМ-III для установки измерительных головок с ценой деления 0,01мм и более.

В основе прибора закреплена цилиндрическая колонка, по которой движется муфта со стержнем с закрепленной на конце измерительной головкой.

Штативы типов ШМ-III, ШМ-IIВ имеют устройство для точной установки на размер (для микроподачи).

В основание штативов типов ШМ-III, ШМ-III встроен постоянный магнит. Основание штатива ШМ-IIВ имеет форму равностороннего треугольника со стороной 300мм, по углам которого расположены три магнитные опоры. Магнитное основание позволяет устанавливать штативы на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления.

Пример обозначения штатива типа ШМ-III с диаметром отверстия под измерительную головку 8 мм: Штатив ШМ-III-8 ГОСТ 10197-70

Тип	Усилие отрыва от поверхности (Н)	Отверстие под измерительную головку (мм)	Высота колонки (мм)	Вылет измерительной головки (мм)
ШМ-III	300	8Н8	230	200
ШМ-IIВ	1000	8Н8	620	200
ШМ-III	150	8Н8	175	200