

Бренд	MASTECH					UNI-T				
Фото										
Артикул	13-2005 XIT	13-2054 NEW	13-2052	13-2053	13-2077	13-1020	13-1022	13-1023	13-1024	13-1025
Модель	MY-64	MY64N	MY-65N	MY61N	MY-63	UT 58A	UT 58B	UT 58C	UT 58D	UT 58E
Ключевые особенности модели	Измерение температуры	Обновленный дизайн, измерение частоты и температуры	Обновленный дизайн. Дисплей 20000	Базовый мультиметр в обновленном дизайне с широким выбором диапазонов	-	Ток 20 А	Ток 20 А, измерение температуры	Ток 20 А, измерение частоты	Ток 20 А, индуктивность	Ток 20 А, 0,05% погрешность, дисплей 20000
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V					CAT II 1000 V / CAT III 600 V		CAT II 1000 V / CAT III 600 V		
Максимальное значение	2000	2000	20000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20000
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	1000 V	1000 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Переменный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
Сопротивление	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
Емкость	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	20 μF
Частота	-	20 kHz	20 kHz	-	20 kHz	-	-	20 kHz	-	20 kHz
Сквозность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Измерение температуры	20~1000 °C	20~1000 °C	-	-	-	-	40~1000 °C	40~1000 °C	-	40~1000 °C
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-